



CIG 6261765BEF

OFFENES VERFAHREN**FÜR DIE LIEFERUNG
VON LABORTISCHEN AN DIE
LANDESBERUFSSCHULE FÜR
HANDEL, HANDWERK UND
INDUSTRIE „CHR. J.
TSCHUGGMALL“ IN BRIXEN****TECHNISCHES
LEISTUNGSVERZEICHNIS****Richtigstellung 1**

Mit vorliegendem Schreiben werden folgende Punkte des technischen Leistungsverzeichnisses richtiggestellt.

**Position 1:
Tisch mit integriertem 3HE Schwenkaufbau**

Die Breite von B = 1800 mm darf aus Platzgründen auf keinen Fall überschritten werden

**Position 4 und Position 14:
Digitalmultimeter 3 $\frac{3}{4}$**

Anstatt
R 400 Ohm ... 400 MOhm

Lesen Sie
R 400 Ohm ... 20 MOhm

**Position 9:
Funktionsgenerator 0,2 Hz...2 MHz**

Anstatt
Ausgangsimpedanz: 50 W
Eingangsimpedanz: ca. 10 kW

Lesen Sie
Ausgangsimpedanz: 50 Ohm
Eingangsimpedanz: ca. 10 kOhm

CIG 6261765BEF

PROCEDURA APERTA**PER LA FORNITURA DI TAVOLI DA
LABORATORIO ALLA SCUOLA
PROFESSIONALE PROVINCIALE
PER IL COMMERCIO,
L'ARTIGIANATO E L'INDUSTRIA
„CHR. J. TSCHUGGMALL“ DI
BRESSANONE****CAPITOLATO TECNICO****Rettifica 1**

Con la presente si rettifica i seguenti punti del capitolato tecnico.

**Posizione 1:
Tavolo con integrata ribaltina meccanica a
scomparsa 3 UA**

La larghezza di L=1800 mm non può essere superata in nessun caso causa mancanza di spazio.

**Posizione 4 e posizione 14:
Multimetro digitale 3 $\frac{3}{4}$**

Anziché
R 400 Ohm ... 400 MOhm

Leggi
R 400 Ohm ... 20 MOhm

**Posizione 9:
Generatore di funzioni 0,2 Hz...2 MHz**

Anziché
Impedenza d'uscita: 50 W
Impedenza d'entrata: ca. 10 kW

Leggi
Impedenza d'uscita: 50 Ohm
Impedenza d'entrata: ca. 10 kOhm



Aufgrund der Änderungen gewährt die Verwaltung weitere 7 Tage für das Einreichen der Angebote.

Neue Frist:
27.07.2015 um 12.00 Uhr für das Einreichen der Angebote.

A causa delle modifiche apportate si assegnano ulteriori 7 giorni per la presentazione delle offerte.

Nuovo termine:
27/07/2015 ore 12:00 per la presentazione delle offerte.