

Südtiroler
Sanitätsbetrieb



Azienda Sanitaria
dell'Alto Adige

Azienda Sanitaria de Sudtirool

GESUNDHEITSBEZIRK BRIXEN
Verwaltung

COMPRESORIO SANITARIO DI BRESSANONE
Amministrazione

**Abteilung Einkäufe, Ökonomatsdienste
und Wirtschaft-Finanzen**
**Ripartizione Acquisti, servizi economici
ed economico-finanziaria**

An alle interessierten Firmen
A tutte le ditte interessate

Geschäftsführender Direktor – Direttore reggente
Dr. Lukas Blasbichler

Verantwortliche/r des Verfahrens – Responsabile del
procedimento: Dr. Lukas Blasbichler
T. +39/ 0472/ 812005 / M. lukas.blasbichler@sabes.it

Prot.-Nr. – prot. n°:
Brixen, den – Bressanone, il 25.09.2019
M:\BX_Oekonomat\02 Konsumgüter\02_06_Sanitätsmaterial\02_06_17_Klammernahinstrumente\2019\
Durchführungsphase\Anfragen-CHIARIMENTI\br_Antwort_Anfrage_3 vom 11.09.19.doc

Fornitura di suturatrici, applicatori di Clip e relativi caricatori all'Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano tramite accordo quadro per il periodo 2020-2024 - Procedura telematica n. 053340/2019

Risposta alla richiesta chiarimenti ditta Johnson & Johnson del 11.09.2019, Prot.n. SC-494775-2019

Gentili Signore e Signori,

con riferimento alla Vs. richiesta di cui in allegato con la presente Vi informiamo quanto segue:

- Punto 1: le caratteristiche tecniche dei prodotti da fornire sono indicate nel capitolato speciale di gara (A.3.). La descrizione del prodotto di riferimento (prodotto tipo) nel modulo d'offerta è da ritenersi solo come esempio. Le quantità indicate nel presente modulo d'offerta sono fittizie, riferito al prodotto di riferimento, e servono solamente per il calcolo del prezzo complessivo massimo.
- Punto 2: Confermiamo che la ditta si deve obbligare a praticare lo sconto percentuale indicato nella colonna "N" del modulo d'offerta su tutti i prodotti riferibili al/alla medesimo/a lotto/linea del listino prezzi presentato.
- Punto 3: la richiesta di presentare etichettatura adesive per la documentazione e per la tracciabilità degli stessi è un refuso e viene quindi rettificata come segue (vedasi A.3. Capitolato tecnico, pagina 1)
Versione vecchia:
"I prodotti devono presentare etichettatura adesive per la documentazione e per la tracciabilità degli stessi".
Versione nuova rettificata:
"I prodotti devono presentare etichettatura per la documentazione e per la tracciabilità degli stessi".
- Punto 4: la descrizione "Dispositivo medico sterile, taglia e cuciture con testina staccabile, bascu-lante per anastomosi gastrointestinale" è un refuso e viene quindi rettificata come segue (vedasi A.3. Capitolato tecnico, pagina 3 - lotto 2 e lotto 3 e pagina 5 - lotto n. 7 e relativa parte nel modulo d'offerta)

Versione vecchia lotto n. 2 e 3:

.....
Firmenbezeichnung:
Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen
Gesundheitsbezirk Brixen
Dantestraße 51 | 39042 Brixen
Tel. +39/ 0472/ 812 001 – Fax +39/ 0472/ 812 009
Steuer-Nr./MwSt.-Nr. 00773750211

.....
Ragione sociale:
Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano
Comprensorio Sanitario di Bressanone
via Dante 51 | 39042 Bressanone
Tel. +39/ 0472/ 812 001 – Fax +39/ 0472/ 812 009
Cod. fisc./P. IVA 00773750211

“Dispositivo medico sterile, taglia e cucì con testina staccabile, basculante per anastomosi gastrointestinale”.

Versione nuova rettificata lotto n. 2 e 3:

“Dispositivo medico sterile, taglia e cucì con testina staccabile per anastomosi gastrointestinale”.

Versione vecchia lotto n. 7:

“Dispositivo medico sterile a batteria, taglia e cucì con testina staccabile, basculante per anastomosi circolari gastrointestinale”.

Versione nuova rettificata lotto n. 7:

“Dispositivo medico sterile a batteria, taglia e cucì con testina staccabile per anastomosi circolari gastrointestinale”.

Per ulteriori informazioni siamo sempre a Vostra disposizione!

Distinti saluti,

Lukas Blasbichler
(firmato digitalmente)