

Spezielles Leistungsverzeichnis

Ankauf von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln für die Endoskop-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten der Krankenhäuser von Meran und Schlanders

Zeitraum: 01.05.2013 – 30.04.2015

Voraussetzung: Kompatibilität mit den Geräten OLYMPUS ETD2 PLUS PAA und OLYMPUS ETD3 PAA

Einziges Los

Pos. 1

<p>Reinigungsmittel für Endoskop-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten ETD, welche auf Peressigsäurebasis funktionieren</p> <p>Zusammensetzung: < 5% hydrotope Substanzen, wasserlösliche Lösungsmittel 5 – 15% nichtionische Tenside, alkalinisierende Substanz</p> <p>Ausgestattet mit dem Kennzeichen CE Klasse I</p> <p>5-Liter-Behälter kompatibel mit dem im Einschub oben genannter Geräte vorgesehenen Fach</p> <p><i>Menge:</i> <i>Meran 500 Liter</i> <i>Schländers 200 Liter</i></p>	<p>Detergente per lavaendoscopi ETD funzionanti con disinfettante a base di acido peracetico</p> <p>Composizione: < 5% idrotopi, solventi solubili in acqua 5 – 15% tensioattivi non ionici, alcalinizzante</p> <p>Dotato di marchio CE Classe I</p> <p>Tanica da 5 litri compatibile con l'alloggiamento delle apparecchiature sopraccitate</p> <p><i>Quantità:</i> <i>Merano 500 litri</i> <i>Silandro 200 litri</i></p>
---	---

Pos. 2

<p>Desinfektionsmittel für Endoskop-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten ETD, welche auf Peressigsäurebasis funktionieren</p> <p>Zusammensetzung: ca. 4,25% Peressigsäure ca. 7,30% Essigsäure und Stabilisatoren ca. 27,00% Wasserstoffsuperoxide</p> <p>Ausgestattet mit dem Kennzeichen CE Klasse IIb</p> <p>2,8-Liter-Behälter kompatibel mit dem im Einschub oben genannter Geräte vorgesehenen Fach</p> <p><i>Menge:</i> <i>Meran 950 Liter</i> <i>Schländers 450 Liter</i></p>	<p>Disinfettante per lavaendoscopi ETD funzionanti con disinfettante a base di acido peracetico</p> <p>Composizione: ca. 4,25% acido paracetico ca. 7,30% acido acetico e stabilizzanti ca. 27,00% acqua ossigenata</p> <p>Dotato di marchio CE Classe IIb</p> <p>Tanica da 2,8 litri compatibile con l'alloggiamento delle apparecchiature sopraccitate</p> <p><i>Quantità:</i> <i>Merano 950 litri</i> <i>Silandro 450 litri</i></p>
---	--

Capitolato speciale

Acquisto di detergenti e disinfettanti per le lavaendoscopi degli ospedali di Merano e Silandro

Periodo: 01.05.2013 – 30.04.2015

Presupposto: compatibilità con le lavaendoscopi OLYMPUS ETD2 PLUS PAA e OLYMPUS ETD3 PAA

Lotto unico

Pos. 3

<p>Aktivator für Endoskop-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten ETD, welche auf Peressigsäurebasis funktionieren</p> <p>Zusammensetzung: < 5% Natriumhydroxid, Tripolyphosphate</p> <p>Ausgestattet mit dem Kennzeichen CE Klasse I</p> <p>5-Liter-Behälter kompatibel mit dem im Einschub oben genannter Geräte vorgesehenen Fach</p> <p><i>Menge:</i> <i>Meran 750 Liter</i> <i>Schlanders 400 Liter</i></p>	<p>Attivatore per lavaendoscopi ETD funzionanti con disinfettante a base di acido peracetico</p> <p>Composizione: < 5% sodio idrossido, tripolifosfati</p> <p>Dotato di marchio CE Classe I</p> <p>Tanica da 5 litri compatibile con l'alloggiamento delle apparecchiature sopraccitate</p> <p><i>Quantità:</i> <i>Merano 750 litri</i> <i>Silandro 400 litri</i></p>
--	--

Die anbietenden Firmen müssen bescheinigen, dass die angebotenen Produkte mit den in der Voraussetzung genannten Maschinen kompatibel sind und dass die Produkte auf keine Weise das zu behandelnde endoskopische Instrumentarium beschädigen.

Die anbietenden Firmen müssen einen spezialisierte Techniker zur Verfügung stellen, welcher auf Anfrage der interessierten Koordinatoren während der Produktetests anwesend sein müssen.

Unentgeltliche Muster: 3 Behälter pro Position

Le ditte offerenti devono certificare che i prodotti offerti siano pienamente compatibili con le macchine citate nel presupposto e che i prodotti non provochino alcun danno allo strumentario endoscopico da trattare.

Le ditte offerenti dovranno mettere a disposizione un tecnico specializzato che dovrà essere presente su richiesta dei coordinatori interessati durante le prove dei prodotti.

Campioni gratuiti: 3 taniche per posizione