

**Code der Ausschreibung:****AOV/SUA-SF 025/2020
LIEFERUNG UND MONTAGE EINES
DIGITALEN MONOPLANAREN
ANGIOGRAPHIESYSTEMS****Erkennungskode CIG: 8553562EA5****Einheitskode CUP: B43B97000000003****Codice gara:****AOV/SUA-SF 025/2020
FORNITURA E IL MONTAGGIO DI
UN SISTEMA PER ANGIOGRAFIA DIGITALE
MONOPLANO****Codice CIG: 8553562EA5****Codice CUP: B43B97000000003****Erläuterung Nr. 13****Chiarimento n. 13****Frage**

In Bezug auf den Paragraphen 1.8.2 Garantiedauer der Besonderen Vertragsbedingungen Teil II, und zwar „Die Garantie muss den kostenlosen Ersatz und/oder die kostenlose Reparatur aller Komponenten und aller Geräteteile, ohne jede Ausnahme (Röntgenröhre, Detektoren, Monitore und Verbrauchsmaterial inbegriffen)“ bittet man um Bestätigung, dass das Verbrauchsmaterial nicht unter die Full-Risk-Garantie fällt und es sich demnach um einen Fehler handelt.

Antwort

Es wird bestätigt.

Quesito

In riferimento al paragrafo 1.8.2 Periodo di Garanzia del CSA parte II, ossia, "La garanzia dovrà coprire la sostituzione e/o la riparazione a titolo gratuito, nulla escluso (tubo radiogeno, detettori, monitor e consumabili inclusi)", si chiede conferma che i consumabili non rientrano nella garanzia full-risk e che pertanto sono da intendersi un refuso.

Risposta

Si conferma.